


Образцы для магнитопорошкового контроля

Справочный испытательный блок № 1

Соответствует EN ISO 9934-2 part B

Предназначен для качественного контроля магнитопорошковых суспензий



Справочный испытательный блок №2

Соответствует EN ISO 9934-2 part B

Используется для оценки качества магнитных чернил.



Тестовый образец по Бертольд



Предназначен для эффективного определения правильности режима намагничивания, направления магнитного поля, качества люминесцентной магнитопорошковой суспензии, глубины проникновения.

- Диаметр 19мм
- Толщина 6,4 мм
- Общая длина с держателем 100 мм